



Broj: 01-3107-7/21

Dana, 23.06.2021. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), donosim sljedeću

### ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

u postupku nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

I

Na osnovu Prijedloga Komisije za provođenje otvorenog postupka, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki broj: 1255-1-1-262-3-165/21 od 27.04.2021. godine, donio sam odluku da se kao najpovoljnije ponude u postupku nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, izaberu ponude ponuđača za lotove kako slijedi:

#### „PHARMA MAAC“ d.o.o. Sarajevo, Bačići broj 7

Broj lota	OPIS LOTA
3	Koronarni balon-kateter, semikomplijantni (SC), Rx, ukupne dužine 149cm, kompatibilan sa 5F kateterom, distalna osovina premazana lubrikantnim i hidrofilnim premazom, ulaznog profila 0.019", nominalni pritisak 7 atmosfera, RBP 16 atmosfera, dijametra 1.25mm, 1.5mm, 2mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, dužine balona 6mm, 9mm, 12mm, 14mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 30mm, 33mm, 38mm, 41mm.
4	Koronarni balon-kateter, nekomplijantni, dužine 142cm, ulaznog profila 0.019", dijametar proksimale osovine 1.98 F, dijametar distalne osovine 2.7 F, markeri od platine-iridijuma, nominalni pritisak 12 atmosfera, RBP 20 atmosfera, dužine 8, 10, 12, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45 mm, dijametar balona 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 mm.

#### „MARK MEDICAL“ d.o.o. Sarajevo, ul. Radenka Abazovića broj 5

Broj lota	OPIS LOTA
16	Radna koronarna žica

#### „SHIMADZU“ d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjka broj 7

Broj lota	OPIS LOTA
7	Dvoslojni balon-kateter, RBP od 35 atmosfera, dugačkog sužavajućeg vrha, krivina linearne komplijanse 40 atmosfera, prolaznog profila 0.028 inča ili 2 mm, dijametra 1.5 do 4.5 mm.
9	Koronarni balon-kateter kratkog sužavajućeg vrha, visokog RBP (21 atm), niske komplijanse, hidrofilni premaz distalne osovine, hidrofilni premaz distalne osovine, dijametra 1.5-4.5 mm, dužine 6mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm i 30mm.

**„SORS“ d.o.o. Banja Luka, ul. Krajiških brigada broj 57**

Broj lota	OPIS LOTA
1	Koronarni balon-kateter dužine 135cm ili 148cm, dijametra osovine 3.2 Fr (1.07 mm) proksimalno, 2.5 Fr (0.83 mm) distalno za 1.25 mm, 1.50 mm i 2.00 mm, 2.7 Fr (0.90 mm) distalno za 2.50 mm balon, nominalnog pritiska 6atm, RBP 14atm, kompatibilan sa žicom maksimalnog diametra 0.014" (0.36 mm), ulaznog profila 0.43 mm, hidrofilni premaz, dijametra balona 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, dužine balona 10mm, 15mm i 20mm.
11	Koronarni mikro-kateter, dizajniran za prolazak teških lezija, tortuoznih krvnih sudova, kompleksnih lezija sa hidrofilnim premazom, fleksibilnog šafta, unutrašnji sloj PTFE, sa radiopaknim zlatnim markerom, konusnog vrha 2.6-1.8
15	Radna koronarna žica

**„BIMED“ d.o.o. Banja Luka, ul. Branka Morače broj 12**

Broj lota	OPIS LOTA
5	Nekomplijantni balon-kateter dužine 142cm, ulaznog profila 0.018", poprečnog profila 0.027" dva radiopacificirajuća markera od tungstena, dvostruke stijenke, nominalnog pritiska 12 atmosfera, RBP 18 atmosfera, potpuno sa hidrofilnim premazom, dijametra:1.5-5.0 mm, dužina:6 mm-25mm.
8	Koronarni balon-kateter, dužina balona 142 cm, ulaznog profila 0.016", dvostruki iridijumsko-zlatni marker, nominalnog pritiska 8 atmosfera, RBP 14 atmosfera, proksimalna osovina 2.1 F, a distalna 2.5 F / 2.7 F, dijametra balona 1.50mm, 2.00mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, dužina balona 6mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm.

**„INTERPROMET“ d.o.o. Novi Grad, Kulska obala bb**

Broj lota	OPIS LOTA
2	Koronarni balon-kateter, semikomplijantni (SC), Rx, za dilataciju svih vrsta stenozna, zašiljeni vrh sa ulaznim profilom 0.017" ili više, kompatibilan sa 6F vodič-kateterom, glatki prelaz od vrha prema balonu, pritisak RBP 12-14 atm, dimenzije prečnika 1.5mm, 2 mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 6.0mm, dužine 9-30 mm.
6	Koronarni balon-kateter, nekomplijantni (NC), dvosegmentnog dizajna unutrašnje osovine, sa brzom izmjenom (RX) ili preko žice (OTW), hidrofilni. Ulazni profil maksimalno do 0.017". Pritisaci: NP 10-12atm, RBP 18-20atm. Dijametra balona 2mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm i 6mm. Dužina balona 6 mm, 8 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30mm.
10	Koronarni balon-kateter obložen lijekom paklitakselom sa 2 markera, ulaznog profila 0.017", minimalna dužina katetera 140cm, dimenzija prečnika 2-4mm, dužine od 10-30mm.
13	Samourezujući balon sa profilom vrha 0,017" (0.43mm), crossing profil 0.036" (0.91mm), sa funkcionalnom visinom oštice 0.005", NP 6 ATM, RBP 12 ATM, dijametri balona 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 mm, dužine 6, 10, 15 mm.

**II**

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora i Služba za ekonomsko-finansijske poslove.

O izvršenju ove Odluke odgovorna lica su obavezna da redovno informišu generalnog direktora.

## Obrazloženje:

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da su ponude naprijed navedenih ponuđača za izabrane lotove prihvatljive i sačinjene u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i na osnovu utvrđenog kriterijuma – najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, kao i provedene e-Aukcije u dijelu za lot 5 (zakazane dana, 18.06.2021. godine za 21.06.2021. godine u trajanju od 10 minuta), ocijenjene kao najpovoljnije, od ukupno sedam pristiglih ponuda za postupak nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka, te je odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

### Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koja se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u roku od deset dana od prijema pisane Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na način predviđen članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba uložena u prethodno navedenom roku sprečava naručioca da zaključi ugovor o nabavci roba s najpovoljnijim ponuđačem.

### DOSTAVLJENO:

1. Svim učesnicima,
2. Služba za JN i praćenje realizacije ugovora,
3. Služba za ekonomsko-finansijske poslove,
4. A r h i v a.

GENERALNI DIREKTOR,  
Prof. dr sc. med. Vlado Đajić

