



Broj: 01-2063-7/20

Dana, 09.04.2020. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), donosim sljedeću

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

Na osnovu Prijedloga Komisije za provođenje otvorenog postupka, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki broj: 1255-1-1-78-3-72/20 od 19.02.2020. godine, donio sam odluku da se kao najpovoljnije ponude u postupku nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, izaberu ponude ponuđača za lotove kako slijedi:

„SORS“ d.o.o. Banja Luka, ul. Krajiških brigada broj 57

Broj lota	NAZIV I OPIS LOTA
1	Koronarni balon-kateter dužine 135cm ili 148cm, dijametra osovine 3.2 Fr (1.07 mm) proksimalno, 2.5 Fr (0.83 mm) distalno za 1.25 mm, 1.50 mm i 2.00 mm, 2.7 Fr (0.90 mm) distalno za 2.50 mm balon, nominalnog pritiska 6atm, RBP 14atm, kompatibilan sa žicom maksimalnog diametra 0.014" (0.36 mm), ulaznog profila 0.43 mm, hidrofilni premaz, dijametra balona 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, dužine balona 10mm, 15mm i 20mm

„INTERPROMET“ d.o.o. Novi Grad, Kulaska obala bb

Broj lota	NAZIV I OPIS LOTA
2	Koronarni balon-kateter, semikomplijantni (SC), Rx, za dilataciju svih vrsta stenoza, zašiljeni vrh sa ulaznim profilom 0.017" ili više, kompatibilan sa 6F vodič kateterom, glatki prelaz od vrha prema balonu, pritisak RBP 12-14 atm, dimenzije prečnika 1.5mm, 2 mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 6.0mm, dužine 9-30 mm
7	Koronarni balon-kateter, nekomplijantni (NC), dvosegmentnog dizajna unutrašnje osovine, sa brzom izmjenom (RX) ili preko žice (OTW), hidrofilni. Ulazni profil maksimalno do 0.017". Pritisci: NP 10-12atm, RBP 18-20atm. Dijametra balona 2mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm i 6mm. Dužina balona 6 mm, 8 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30mm
12	Koronarni balon-kateter obložen lijekom paklitakselom sa 2 markera, ulaznog profila 0.017", minimalna dužina katetera 140cm, dimenzija prečnika 2-4mm, dužine od 10-30mm

„BIMED“ d.o.o. Banja Luka, ul. Branka Morače broj 12

Broj lota	NAZIV I OPIS LOTA
3	Koronarni balon-kateter dužine 142 cm, dužine distalne osovine 21 cm, ulaznog profila 0.016", dužine vrha 2.5 mm, markeri od platine-iridijuma, nominalni pritisak 6-8 atmosfera, RBP 12-14 atmosfera, dimenzija osovine proksimalno 1.9F a distalno od 2.4F do 2.7F, dijametar balona 1.5 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, dužine balona 6mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm
6	Nekomplijantni balon-kateter dužine 142cm, ulaznog profila 0.018", poprečnog profila 0.027" dva radiopacificirajuća markera od tungstena, dvostruke stijenke, nominalnog pritiska 12 atmosfera, RBP 18 atmosfera, potpuno sa hidrofilnim premazom, dijametra: 1.5-5.0 mm, dužina: 6 mm-25mm
9	Koronarni balon-kateter, dužina balona 138 cm, ulaznog profila 0.016", dužine vrha 3.5 mm-4.5 mm, dvostruki zlatni marker, nominalnog pritiska 10 atmosfera, RBP 18 atmosfera, proksimalna osovina 1.9 F a distalna 2.4 F / 2.6 F, dijametra balona 2.00mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, 4.50mm, 5.00mm, dužina balona 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 21mm, 27mm
10	Koronarni balon-kateter, dužina balona 142 cm, ulaznog profila 0.016", dvostruki iridijumsko-zlatni marker, nominalnog pritiska 8 atmosfera, RBP 14 atmosfera, proksimalna osovina 2.1 F, a distalna 2.5 F / 2.7 F, dijametra balona 1.50mm, 2.00mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75mm, 3.00mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm, dužina balona 6mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm

13	Balon-kateter preko žice cijelom dužinom, sa hidrofilnim premazom, kompatibilan sa žicom 0.035 inča, dijametra 4-7mm, dužine 250 i 300mm
----	--

„PHARMA MAAC“ d.o.o. Sarajevo, Bačići br. 7

Broj lota	NAZIV I OPIS LOTA
4	Koronarni balon-kateter, semikomplijantni (SC), Rx, ukupne dužine 149cm, kompatibilan sa 5F kateterom, distalna osovina premazana lubrikantnim i hidrofilnim premazom, ulaznog profila 0.019", nominalni pritisak 7 atmosfera, RBP 16 atmosfera, dijametra 1.25mm, 1.5mm, 2mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, dužine balona 6mm, 9mm, 12mm, 14mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 30mm, 33mm, 38mm, 41mm
5	Koronarni balon-kateter, nekomplijantni, dužine 142cm, ulaznog profila 0.019", dijametar proksimalne osovine 1.98 F, dijametar distalne osovine 2.7 F, markeri od platine-iridijuma, nominalni pritisak 12 atmosfera, RBP 20 atmosfera, dužine 8, 10, 12, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45 mm, dijametar balona 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 mm

„SHIMADZU“ d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjka broj 7

Broj lota	NAZIV I OPIS LOTA
8	Dvoslojni balon-kateter, RBP od 35 atmosfera, dugačkog sužavajućeg vrha, krivina linearne komplijanse 40 atmosfera, prolaznog profila 0.028 inča ili 2 mm, dijametra 1.5 do 4.5 mm
11	Hidrofilni balon-kateter, ulazni profil 0.016", prolaznog profila 0.0195", hidrofilni premaz na balonu i distalnom šaftu, visokog pritiska 21 atmosfera, dijametar balona 0.85 mm, dužine 6, 10 i 15 mm

II

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora i Služba za ekonomsko-finansijske poslove.

O izvršenju ove Odluke odgovorna lica su obavezna da redovno informišu generalnog direktora.

Obrazloženje:

Nakon provedenog postupka pregleda, ocjene i poređenja ponuda, utvrđeno je da su ponude naprijed navedenih ponuđača za izabrane lotove prihvatljive i sačinjene u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i na osnovu utvrđenog kriterijuma – najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, kao i provedene E-aukcije u dijelu za lotove: 6 i 12 (zakazane dana, 03.04.2020. godine za 06.04.2020. godine u trajanju od 10 minuta za svaki lot), ocijenjene kao najpovoljnije, od ukupno sedam pristiglih ponuda za postupak nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka, te je odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekt koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koja se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u roku od deset dana od prijema pisane Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na način predviđen članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Žalba uložena u prethodno navedenom roku sprečava naručioca da zaključi ugovor o nabavci roba s najpovoljnijim ponuđačem.

DOSTAVLJENO:

1. Svim učesnicima
2. Služba za JN i praćenje realizacije ugovora
3. Služba za ekonomsko-finansijske poslove
4. Arhiva.

GENERALNI DIREKTOR,
Prof. dr sc. med. Vlado Đajić

